

Nujno varnostno obvestilo

Omrežje za distribucijo programske opreme in pridruženi programatorji

Posodobitev programske opreme

Ime izdelka	Številka modela
CareLink™ 2090 programator	2090; vse serijske številke
CareLink Encore™ 29901 programator	29901; vse serijske številke

September 2019

Medtronikova referenca: FA844 Phase II

Spoštovani zdravnik ali delavec v zdravstvu,

Medtronic uvaja posodobitev programske opreme na programatorjih za krepitev nadzora kibernetске varnosti. Predstavniki Medtronica ali pooblašćeno osebje bo posodobilo vse Medtronicove CareLink™ 2090 in CareLink Encore™ 29901 programatorje, kar je znaćilno za rutinsko servisiranje programatorjev. Ta posodobitev programatorjev (programski paket Model 9986 V3.0 za 2090 programatorje in SW028 V9.0 za Encore programatorje) bo podpirala prihodnje namestitve programske opreme.

Ta posodobitev programske opreme ne vpliva na klinićno uporabo programatorjev. Vašim bolnikom z vgrajeno napravo ni potrebno ukrepati.

Za vsa vaša vprašanja vas prosimo, da se obrnete na vašega Medtronicovega prodajnega zastopnika:

- Teo Šitin na teo.sitin@medtronic.com ali 00385 99 233 0393
- Marko Perković na marko.perkovic@medtronic.com ali 00385 99 265 8559
- Josip Radić na josip.radic@medtronic.com ali 00385 99 265 8565
- Martin Bakliža na martin.bakliza@medtronic.com ali 00385 99 267 4491
- Domagoj Elek na domagoj.elek@medtronic.com ali 00385 99 805 4059

ali na Medtronic Adriatic d.o.o., Folnegovićeva 1c, 10000 Zagreb, Hrvaška.



S spoštovanjem,

Teo Šitin

BU Manager CRHF Cluster South
Medtronic Adriatic d.o.o.

MEDTRONIC ADRIATIC d.o.o.
Folnegovićeva 1c
10000 ZAGREB 2