



Referenca: FSCA#5333

**POMEMBNO:**  
**NUJNO OBVESTILO O VARNOSTI NA TERENU**  
**VIDAS® HIV DUO QUICK 60 TESTS (Ref. 30447)**  
**Napaka substrata – možni zakasnitveni rezultati**

**T1: Izdelek brez preostalega roka uporabnosti (ob upoštevanju spremenjenega datuma izteka roka uporabnosti).**

REF	Lot #	Ime izdelka	Trenutni datum izteka roka uporabnosti	Revidiran Datum roka uporabnosti
30447	1008592410**	VIDAS HIV DUO QUICK 60 TESTS	31-Jan-2022	07-Aug-2021

**Preglednica 2 : Izdelek s preostalim rokom uporabnosti (ob upoštevanju spremenjenega datuma izteka roka uporabnosti)**

REF	Lot #	Product Name	Trenutni datum izteka roka uporabnosti	Revidiran Datum roka uporabnosti
30447	1008680850**	VIDAS HIV DUO QUICK 60 TESTS	11-Apr-2022	02-Oct-2021
30447	1008802860	VIDAS HIV DUO QUICK 60 TESTS	13-Jun-2022	27-Nov-2021

\*\* Loti pod PSS (Pošiljka za zaustavitev izdelka)



**mikro+polo**  
VAŠ PARTNER ZA LABORATORIJ



Mikro+Polo d.o.o.  
Zagrebska cesta 22  
2000 Maribor

podpora@mikro-polo.si  
www.mikro-polo.si  
market.mikro-polo.si

modra številka 080 61 40  
T 02 614 33 00  
F 02 614 33 20





Priloga A: Obrazec za potrditev

NUJNO OBVESTILO O VARNOSTI NA TERENU

FSCA 5333 - VIDAS<sup>®</sup> HIV DUO QUICK 60 TESTS (Ref. 30447) - Napaka substrata

---

OBVEZNO VRNITE POTRJEN OBRAZEC NA NASLOV: [alenka.cebular@mikro-polo.si](mailto:alenka.cebular@mikro-polo.si)

Ime laboratorija:

Mesto:

Številka stranke:

- Potrjujem prejem pisma bioMérieux v zvezi z "VIDAS<sup>®</sup> HIV DUO QUICK 60 TESTS (Ref. 30447) – Substrate Error"
- Izvedli bomo zahtevane ukrepe v zvezi z VIDAS<sup>®</sup> HIV DUO QUICK 60 TESTS (Ref. 30447) kot je navedeno v nujnem obvestilu o varnosti na terenu.
- Ste naleteli na rezultate bolnikov ali na poročila o boleznih ali poškodbah, povezanih z navedenim?  
 da    ne

DATUM .....

PODPIS : .....