



Referenca: FSCA#5333

POMEMBNO:
NUJNO OBVESTILO O VARNOSTI NA TERENU
VIDAS® HBS AG ULTRA 60 TESTS (Ref. 30315)
Napaka substrata – možni zakasnitveni rezultati

Preglednica 1 : Izdelek s preostalim rokom uporabnosti (ob upoštevanju spremenjenega datuma izteka roka uporabnosti)

| REF | Lot # | Ime izdelka | Trenutni datum izteka roka uporabnosti | Revidiran Datum roka uporabnosti |
|-------|------------|-----------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| 30315 | 1008612250 | VIDAS HBS AG ULTRA 60 TESTS | 26-Mar-2022 | 25-Jan-2022 |
| 30315 | 1008614380 | VIDAS HBS AG ULTRA 60 TESTS | 26-Mar-2022 | 25-Jan-2022 |
| 30315 | 1008642570 | VIDAS HBS AG ULTRA 60 TESTS | 22-Apr-2022 | 23-Feb-2022 |
| 30315 | 1008735620 | VIDAS HBS AG ULTRA 60 TESTS | 26-May-2022 | 07-Apr-2022 |
| 30315 | 1008790310 | VIDAS HBS AG ULTRA 60 TESTS | 05-Jul-2022 | 17-May-2022 |
| 30315 | 1008790410 | VIDAS HBS AG ULTRA 60 TESTS | 05-Jul-2022 | 17-May-2022 |
| 30315 | 1008861610 | VIDAS HBS AG ULTRA 60 TESTS | 06-Aug-2022 | 16-Jun-2022 |



mikro+polo
VAŠ PARTNER ZA LABORATORIJ



Mikro+Polo d.o.o.
Zagrebska cesta 22
2000 Maribor

podpora@mikro-polo.si
www.mikro-polo.si
market.mikro-polo.si

modra številka 080 61 40
T 02 614 33 00
F 02 614 33 20





Priloga A: Obrazec za potrditev

NUJNO OBVESTILO O VARNOSTI NA TERENU

FSCA 5333 - VIDAS[®] HBS AG ULTRA 60 TESTS (Ref. 30315)
- Napaka substrata

OBVEZNO VRNITE POTRJEN OBRAZEC NA NASLOV: alenka.cebular@mikro-polo.si

Ime laboratorija:

Mesto:

Številka stranke:

- Potrjujem prejem pisma bioMérieux v zvezi z "VIDAS[®] HBS AG ULTRA 60 TESTS (Ref. 30315) - Substrate Error"
- Izvedli bomo zahtevane ukrepe v zvezi z VIDAS[®] HBS AG ULTRA 60 TESTS (ref. 30315), kot je navedeno v nujnem obvestilu o varnosti na terenu.
- Ste naleteli na rezultate bolnikov ali na poročila o boleznih ali poškodbah, povezanih z navedenim?
 da ne

DATUM

PODPIS :