



Referenca: FSCA#5333

**POMEMBNO:**  
**NUJNO OBVESTILO O VARNOSTI NA TERENU**  
**VIDAS® ANTI HBS TOTAL II 60T (Ref. 30318)**  
**Napaka substrata – možni zakasnitveni rezultati**

**Preglednica 1 : Izdelek s preostalim rokom uporabnosti (ob upoštevanju spremenjenega datuma izteka roka uporabnosti)**

REF	Lot #	Ime izdelka	Trenutni datum izteka roka uporabnosti	Revidiran Datum izteka roka uporabnosti
30318	1008719940	VIDAS ANTI HBS TOTAL II 60T	29-Jul-2022	30-Nov-2021
30318	1008830740	VIDAS ANTI HBS TOTAL II 60T	07-Oct-2022	18-Jan-2022
30318	1008865350	VIDAS ANTI HBS TOTAL II 60T	03-Nov-2022	06-Feb-2022



**mikro-polo**  
VAŠ PARTNER ZA LABORATORIJ



Mikro-Polo d.o.o.  
Zagrebska cesta 22  
2000 Maribor

podpora@mikro-polo.si  
www.mikro-polo.si  
market.mikro-polo.si

modra številka 080 61 40  
T 02 614 33 00  
F 02 614 33 20





Priloga A: Obrazec za potrditev

**NUJNO OBVESTILO O VARNOSTI NA TERENU**

**FSCA 5333 - VIDAS® ANTI HBS TOTAL II 60T (Ref. 30318)  
- Napaka substrata**

---

**OBVEZNO VRNITE POTRJEN OBRAZEC NA NASLOV: [alenka.cebular@mikro-polo.si](mailto:alenka.cebular@mikro-polo.si)**

Ime laboratorija:

Mesto:

**Številka stranke:**

- Potrjujem prejem pisma bioMérieux v zvezi z " **VIDAS® ANTI HBS TOTAL II 60T (Ref. 30318)  
- Substrate Error**"
- Izvedli bomo zahtevane ukrepe v zvezi z **VIDAS® ANTI HBS TOTAL II 60T (Ref. 30318)** kot je navedeno v nujnem obvestilu o varnosti na terenu.
- Ste naleteli na rezultate bolnikov ali na poročila o bolezni ali poškodbah, povezanih z navedenim?  
 da     ne

DATE .....

PODPIS : .....