

OBVESTILO – STRANKA POTROŠNIKU

ODPOKLIC IZDELKA


CooperVision® All in One Light® večnamenska raztopina za nego kontaktnih leč – 60-mililitrska plastenka

Proizvajalec CooperVision nas je obvestil o omejenem prostovoljnem odpoklicu nekaterih serij večnamenske raztopine za kontaktne leče All in One Light® (60-mililitrska plastenka).

Številke prizadetih serij so:
162046.

Upoštevajte, da so prizadete samo 60-mililitrske plastenke in da v ta ukrep niso vključene nobene druge velikosti platenk.

Številke serij so natisnjene na hrbtni strani vsake plastenke, pri dnu.



Proizvajalec nas je obvestil:

Na zadržanih vzorcih izdelkov se izvaja rutinsko testiranje kakovosti. Rezultati preskusa sterilnosti, opravljeni na nekaterih zadržanih vzorcih za prizadete serije, ob 12-mesečnem časovnem intervalu niso izpolnjevali pogojev. Čeprav ni prišlo do pritožb za prizadete serije niti do neželenih dogodkov, proizvajalec iz previdnosti vseeno izvaja ta omejeni prostovoljni odpoklic.

Če imate prizadeto serijo večnamenske raztopine za kontaktne leče All in One Light® 60 ml, jo prenehajte uporabljati in zadržite plastenko. Proizvajalec bo kmalu zagotovil spletno mesto za odpoklic, na katerem bodo prizadeti potrošniki lahko prejeli dodatne informacije. To spletno mesto bo na voljo na:

www.infoCV.expertinquiry.com in bo predvidoma delujoče z 12. avgustom 2022.