

Cressier, 3.6. 2022

Varnostno obvestilo\_FA- 2022-03

Zadeva: IHD- Cressier/ ID-DiaCell I-II-III katalog N°004310

Spoštovani kupci,

S tem sporočilom vas želimo obvestiti o napaki v antigenški tabeli glede kompletov ID-DiaCell I-II-III.

Izdelek UDI	Naziv izdelka	Kataloška št.	Serial/ Lot št.	Rok uporabnosti
(01)07611969000968 (17)220627(10)715226831	ID-DiaCell I-II-III 3x10 ml	004310	715226831 / 45184 83 1	27.06.2022

Tabele antigenov, ki so priložene zgoraj navedenim kompletom ID-DiaCell I-II-III, so napačne. Ustrezajo tabeli antigenov iz kompletov ID-DiaCell I-II-III, serija 45184 87 1 /715459871.

V prilogi tega sporočila najdete pravilno tabelo antigenov in upoštevajte, da se izdelek lahko uporablja brez kakršnih koli omejitev. Pravilno tabelo antigenov lahko prenesete tudi na naslednji spletni strani: <https://ih-area.bio-rad.com/documents?category=4>

Temu sporočilu je priložena tudi pravilna tabela antigenov.

Opravičujemo se za morebitne nevšečnosti, ki bi jih to povzročilo vam in vaši organizaciji. Če potrebujete kakršne koli dodatne informacije o tej zadevi, se vljudno obrnite na vašo lokalno kontaktno osebo Bio-Rad in navedite to varnostno obvestilo.

S spoštovanjem,

Predstavnik za zagotavljanje kakovosti

Diane Galéa

Vodja trženja

Inger-Anne Torsheim