

Logatec, 19.6.2025

## NUJNO VARNOSTNO OBVESTILO

### ODPOKLIC MEDICINSKEGA PRIPOMOČKA QuickVue® Dipstick Strep A (kat. št. 20125) SERIJA 709487, rok uporabe 9.1.2026

Obveščamo vas, da nas je proizvajalec QuidelOrtho opozoril o neustreznosti izdelka **QuickVue® Dipstick Strep A (kat. št. 20125)**, o verjetnosti lažno pozitivnih rezultatov.

Proizvajalec ugotavlja, da težava ne predstavlja velikega tveganja za uporabnika.

Težava je bila ugotovljena pri različnih serijah omenjenega izdelka, od katerih je v Sloveniji prisotna le **serija 709487, rok uporabe 9.1.2026**.

Vse uporabnike prosimo, da o tem **nujnem varnostnem obvestilu** obvestite tudi vse druge uporabnike izdelka QuickVue® Dipstick Strep A v vaši organizaciji.

**Vse uporabnike tudi prosimo, da od prejema nujnega varnostnega obvestila prenehate uporabljati omenjeno serijo in odstranite vse uporabljene in/ali neuporabljene komplete ter jih primerno označite, da so neprimerni za uporabo.** Vsi kompleti bodo prevzeti in ustrezno zamenjani z novimi.

Kot prilogo k temu dopisu vam posredujemo tudi dopis proizvajalca. Če imate dodatna vprašanja ali potrebujete več informacij o izdelku, prosimo kontaktirajte naše podjetje Dr. Gorkič d.o.o., kontaktna oseba Karel Kolarič, univ. dipl. biol., telefon 01 759 02 53.

Prosimo vas, da izpolnite priložen obrazec Potrdilo o stanju zaloge (Confirmation of Receipt št. CL2025-159a) in ga čimprej vrnete na elektronski naslov [karel.kolaric@dr-gorkic.si](mailto:karel.kolaric@dr-gorkic.si).

Hvala za razumevanje in lep pozdrav,

Karel Kolarič, univ. dipl. biol.  
Dr. Gorkič d.o.o.



Priloga:

- Potrdilo o stanju zaloge (Confirmation of Receipt)
- Dopis proizvajalca QuidelOrtho o odpoklicu
- Dobavnica o prejemu izdelka